

TÁJÉKOZTATÓ LEVÉL BETEGEK SZÁMÁRA

2016. szeptember 5.

Fontos gyógyszerbiztonsági információ GlucaGen® 1 mg HypoKit® injekcióval rendelkező cukorbetegek számára

A Novo Nordisk A/S visszahívja a GlucaGen® 1 mg HypoKit® 2 gyártási számát Magyarországon. A GlucaGen® 1 mg HypoKit® az inzulinnal kezelt cukorbetegéknél kialakuló súlyos hipoglikémia (alacsony vércukorszint) kezelésére javallott.


A Novo Nordisk által végzett vizsgálat szerint a GlucaGen® 1 mg HypoKit® bizonyos gyártási tételeinél a túl kis számban (0,006 %) levált a fecskendőről. A betegek biztonságának védelme érdekében a Novo Nordisk visszahívja az érintett gyártási tételekből mindegyik készítményt a nagykereskedőtől, a gyógyszerterárból és a betegektől Magyarországon.

A visszahívott GlucaGen® 1 mg HypoKit® gyártási számok és lejáratú idejük:

Gy.sz.: FS6X539, Felhasználható: 2018. szeptember

Gy.sz.: FS6X909, Felhasználható: 2018. szeptember

A gyártási számot a GlucaGen® 1 mg HypoKit® dobozára nyomtatták, amint az alább látható, az ábrán piros téglalappal jelölt területen (1. ábra)



1. ábra. A) GlucaGen® 1 mg HypoKit®, ahol a gyártási szám (Batch number) a képen a piros téglalappal bejelölt területen látható. B) felnagyított gyártási szám (Batch number).

Mi a teendő, ha a fenti gyártási számok valamelyikével rendelkező GlucaGen® 1 mg HypoKit® van a birtokában?

- A fenti gyártási számmal rendelkező GlucaGen® 1 mg HypoKit® készítményt vigye vissza a gyógyszerárba. Ingyenes pótlásként kap egy GlucaGen® 1 mg HypoKit® injekciót, amikor a felsorolt gyártási számok valamelyikével rendelkező készítményt visszaadja.

A GlucaGen® 1 mg HypoKit® a súlyos hipoglikémiás (alacsony vércukorszint) epizódok kezelésére való, amikor elveszti az eszméletét vagy képtelen cukortartalmú táplálékot magához venni. Emiatt fontos, hogy legyen működő GlucaGen® 1 mg HypoKit® készítménye, ami hatékonyan használható. Kérjük ellenőrizze a GlucaGen® 1 mg HypoKit® injekcióján lévő gyártási számot és az ebben a tájékoztatóban adott ajánlás szerint járjon el

Amennyiben **NEM** a fenti gyártási számmal rendelkező GlucaGen® 1 mg HypoKit® van a birtokában, ez Önre nem vonatkozik, és biztos lehet abban, hogy a készítmény előírás szerint működik.

Tisztelettel,

Novo Nordisk Hungária Kft.

További információ

Vevőszolgálat

Novo Nordisk Hungária T:06 1 325 9161
Kft.

info@novonordisk.hu

www.novonordisk.hu